ТЕПЛОКОМ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НПФ ТЕПЛОКОМ»

ИНН 7802213574
р/с 40702810127000003731 в ОАО «Банк «Санкт-Петербург»,
г. Санкт-Петербург
к/с 30101810900000000790 тел..
БИК 044030790, КПП 780201001

Город	
Плательщик	
Получатель	
Почтовый адрес	
телефон, факс	

КАРТА ЗАКАЗА

№ _____ от «_____» _____ 200 г.

Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ

Модель: **ПРЭМ** [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Номинальный размер ДУ		Класс	
	20	B1, C1, D	
	32		
	40		
	50		
	65		
	80		
	100		
	150		

Максимальный расход	
0	Qmax1
1	Qmax2

Доп. числоимп. выход	
0	нет
F	есть

Модуль RS485/I	
—	нет
T	токовый выход
R	интерфейс RS-485

Вариант индикации

нет индикатора	L0
с индикатором	L2

Исполнение [ ] фланцевое [ ] «сэндвич»

Дополнительные параметры [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Вес импульса, л/имп (по умолчанию для Gmax1)

ДУ	
20	0,5
32	1
40	2,5
50	2,5
65	5
80	10
100	10
150	25
	другой

Параметры индикации

мгнов. расход	Q
суммарный объем	V
объем в прямом направл.	V+
объем в обратном направл.	V-
время наработки	T

Период индикации: 0,5÷100 с — 10

Режимы числоимпульсных выходов

	вых F1	вых F2
Реверсное исполнение - 0	0	0

Измерение прямого потока среды - 1
Измерение обратного потока среды - 2
Индикатор ошибки измерений - 3
Компаратор порога чувствительности - 4
Компаратор превышения порога - 5
Компаратор занижения порога - 6
Компаратор порога по модулю - 7

Параметры компараторов: Значения порогов для компараторов, м3/ч — Компар.1 [ ] Компар.2 [ ]

Модуль RS485/I: Диапазон расхода для токового выхода, м3/ч — Q0÷Qmax

Скорость обмена по RS485, кбит/с: 1,2 / 2,4 / 4,8 / 9,6

Примечание: Параметры, выделенные жирной рамкой. устанавливаются по умолчанию [ ]

Количествово приборов: _____ шт